



# INFORMATION

## 顆粒球エラスターゼキット ファグノス・エラスターゼ Dip 綿棒変更のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびご愛顧いただいております顆粒球エラスターゼキット「ファグノス・エラスターゼDip」に同梱しております子宮頸管粘液採取用綿棒につきまして、変更させていただきますので、下記の通りご案内申し上げます。

今回の変更による操作方法や性能に変更はございません。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■変更理由

従来の綿棒が製造中止のため

#### ■変更内容

- 綿棒の滅菌方法
- 綿棒の形状・および綿棒ケース

変更点	変更前	変更後
滅菌方法	ガンマ線滅菌	ガス滅菌
綿棒容器		

#### ■変更品出荷予定時期

(メーカーコード:086)

製品名	一般名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期*
ファグノス・エラスターゼDip	顆粒球 エラスターゼキット	10回用	086371735	AA00101	2024年7月

\*出荷予定時期は、弊社製品在庫状況により若干の差異を生じることがございますので予めご了承願います。

なお、仕様変更品については、一定期間個包装箱上面に「仕様変更品」と表示いたします。

製品のお問い合わせは CONTACTセンターへ

 **0120-19-8130**

受付時間  
月～金曜日 **9:00～17:00**  
(祝日及び弊社休業日を除く)



製造販売元  
株式会社 **三和化学研究所**  
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

[2024年6月作成]  
ELS-H-1