SKK INFORMATION

仕様変更のお知らせ

子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ測定用
エラスペック　アシスト
（イノテック・エラスターゼ用検体採取器具）

謹啓　平素は、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、ご愛顧いただいております子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ測定用**「エラスペック アシスト」**につきまして、仕様を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。
今回の変更による操作方法や性能に変更はございません。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容
・子宮頸管粘液採取綿棒の材質
・滅菌方法
・綿棒容器サイズ

変更点	変更前	変更後
綿 体	混綿（綿：レーヨン=80：20）	綿
滅菌方法	EOG滅菌（ガス滅菌）	電子線滅菌
綿棒容器	 キャップを閉めた時の全長180mm	 キャップを閉めた時の全長165mm

■綿棒の変更点

	変更前	変更後
綿棒名称	メディクスワブ滅菌綿棒 PL6S(s)-CR	メディクスワブ滅菌綿棒 PL6S(s)-K2
軸の材質	ポリプロピレン	耐電子線ポリプロピレン
キャップ	ポリプロピレン	ポリエチレン
プラスチックチューブ	ポリエチレン	ポリエチレン
綿体の径	4.8mm	4.9mm
軸径	2.6mm	2.6mm

■変更理由
材質変更：従来品で使用していたレーヨン製造中止のため
滅菌方法変更：環境汚染対策のため

上記変更に関して、操作方法や性能の変更はありません。
裏面もご覧ください。

製品のお問い合わせはコンタクトセンターへ
0120-19-8130（ハイサンワ）
受付時間
月～金曜日 9:00～17:00
（祝日及び弊社休業日を除く）

販　売
株式会社 三和化学研究所
SKK 名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

■仕様変更品出荷予定時期　（メーカーコード：086）

製品名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期※
エラスペック　アシスト	20検体用	086130332	ZH03	2027年1月

※出荷予定時期は、弊社製品在庫状況により若干の差異を生じることがございますので予めご了承願います。